

Stargard 27.11.2019 r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - **Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w 2020 roku** - znak sprawy: **EZ-GT30-29/2019**.

W dniu 27.11.2019 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. W związku z ogłoszeniem postępowania na pobory i analizę wody, ścieków, osadu i odpadów proszę o informację czy jest możliwość montażu autosamplera do poboru prób średniodobowych (pkt 1 i 5) oraz w jaki sposób mają zostać pobrane próby z punktów 6 i 7 – średniodobowo (czy możliwy jest montaż autosamplera?) , chwilowo, czy w sposób uśredniony. Czy woda z rzeki ma być pobrana chwilowo?

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że istnieje możliwość montażu autosamplera do poboru prób średniodobowych (pkt 1 i 5). Istnieje również możliwość najmu autosamplera zamontowanego na oczyszczalni ścieków.**

**Próby z punktów 6 i 7 mają zostać pobrane jako próby chwilowe.**

**Zamawiający wyjaśnia, że pobory wody z rzeki lny dokonujemy jako chwilowe.**

**Pobór popłuczyn z Ujęcia Wody dokonywany jest jako uśredniony podczas spustu popłuczyn przez pracownika Ujęcia, próbobiorca dokonuje tylko uśrednienia we własnym zakresie bez autosamplera.**

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.